



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

25.09.2015 № 014-1559/15

На № _____ от _____

О приостановлении применения
медицинского изделия



2042296

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, сообщает о приостановлении применения медицинского изделия «Перчатки смотровые латексные и нитриловые, нестерильные «Eugonda», производства «Перусахаан Джета Азас Сдн. Бхд», Малайзия, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08398 от 26.11.2010, срок действия не ограничен, на основании приказа Росздравнадзора от 25.09.2015 № 6848.

Руководитель

М.А. Мурашко