



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

02.02.2016 № 011-167/16  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



2069004

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании решения уполномоченного представителя производителя ООО «РусМедУпак» сообщает об отзыве медицинского изделия «Перчатки медицинские «DiaMedical», производства «ДИАМЕДИКАЛ Лтд.», Соединенное Королевство, изготовитель Terang Nusa Sdn. Bhd., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2, Industrial Zone, 16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11136 от 29.11.2011, срок действия не ограничен, вид исполнения:

- «Перчатки хирургические латексные нестерильные опудренные DiaMedical», размер 8.0, партия (LOT) № 14E05G, дата производства 05.2014.

Причина отзыва: токсичность.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Русмедупак» (115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр., офис 147, тел. 8 (499) 173-82-17, 742-83-75, 742-83-76, [www.rusmedupak.ru](http://www.rusmedupak.ru)).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести мероприятия по проверке наличия и возврату указанного медицинского изделия, создающего угрозу причинения вреда здоровью граждан, и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н (регистрация Минюста России от 07.08.2013 № 29290).

Руководитель

М.А.Мурашко