



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2137995

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

07.02.2017 № 014-280/17

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с поступившей информацией от ООО «ШАКЛИН» (прилагается), уполномоченного представителя производителя «Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай, сообщает об отзыве медицинского изделия «Мочеприёмник стандартный прикроватный стерильный», LOT 141210, дата изготовления 12.2014, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12815 от 06.09.2012, срок действия не ограничен.

Контакты для получения дополнительной информации:
ООО «ШАКЛИН», тел.8 (383) 336-01-23, E-mail: grizai@shaklin.ru.

Приложение: копия письма ООО «ШАКЛИН» на 1 л.

Руководитель

М.А. Мурашко

2071 80

Исх. № 765 от «08» декабря 2016 г.

Субъектам обращения
медицинских изделий

Приложение

07.02.2017 к письму Росздравнадзора
от _____ № _____ 014-280/17



Об отзыве медицинского изделия
по РУ N ФСЗ 2012/12815 от 06.09.2012г.

Общество с ограниченной ответственностью "Шаклин" (ООО "Шаклин") является уполномоченным представителем «Нинбо Гритмед Медикал Инструменте Ко., Лтд.», Китай и реализует медицинское изделие «Мочеприемники медицинские однократного применения» РУ №ФСЗ 2012/12815 от 06.09.2012 г. на территории РФ. Настоящим письмом ООО "Шаклин" сообщает о добровольном отзыве партии LOT 141210, дата изготовления 12.2014г., медицинского изделия «Мочеприемник стандартный прикроватный стерильный», производства «Нинбо Гритмед Медикал Инструменте Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12815 от 06.09.2012 г., из оборота с территории Российской Федерации.

Отзыв вышеуказанного медицинского изделия производится на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 28.11.2016 №01И-2390/16. Субъектов обращения медицинских изделий просим своевременно выявить наличие неиспользованных медицинских изделий «Мочеприемник стандартный прикроватный стерильный», производства «Нинбо Гритмед Медикал Инструменте Ко., Лтд.», партия LOT 141210, дата изготовления 12.2014г., с целью возврата уполномоченному представителю производителя – ООО «Шаклин», Россия, 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30, тел. 8(383) 336-01-23, электронная почта: grizai@shaklin.ru.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства, в случае необходимости готовы предоставить дополнительные разъяснения. Гарантируем возмещение убытков, причиненных приобретателями продукции в связи с ее возвратом.

Управляющий
ООО «Шаклин»



ИП А.В. Романов