



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2142753

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

20.08.2017 № 014-428/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с поступившей информацией от ООО ПКФ «Ахтамар» (прилагается) сообщает об отзыве медицинского изделия «Отрезы марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 нестерильные типоразмер 1000смх90см», партия №7, дата изготовления 2016, производства ООО ПКФ «Ахтамар», регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12735 от 30.12.2011, срок действия не ограничен.

Контакты для получения дополнительной информации:  
ООО ПКФ «Ахтамар», тел.8 (4932) 23-25-38, 23-25-47, E-mail: ahtamar@bk.ru.

Дополнительно сообщаем, что на индивидуальной упаковке медицинского изделия указано наименование «Марля. Марлевый медицинский отрез нестерильный 0,9×10 м».

Приложение: копия письма ООО ПКФ «Ахтамар» на 1 л.

Руководитель

М.А. Мурашко

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА



ООО ПКФ "Ахтамар", ОКПО 16758213, ОГРН 1033700055344  
Россия, 153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, 44  
Тел./факс: (4932) 23-25-38, 23-25-47; e-mail: ahtamar@bk.ru  
Интернет: www.ahtamar.ru

26.12.2016 № 113

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

### *Уважаемые партнеры!*

Сообщаем Вам, что, в соответствии с письмом № 01И-2628/16 от 21.12.2016г., Росздравнадзором РФ, были выявлены несоответствия изделий медицинского назначения, выпускаемых нашей организации – Отрезы марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 нестерильные типоразмер 1000смх90см по показателям: «линейные размеры», как в сложенном, так и развернутом виде; «маркировка»; «комплектность».

Безопасность медицинского изделия была подтверждена токсикологическим заключением № 13/ГЗ-16-367Т-025 от 26.07.2016г., что говорит об отсутствии угрозы жизни и здоровья потребителей.

В случае возникновения потребности у субъектов обращения медицинских изделий в замене данной продукции на продукцию, соответствующую НД, готовы таковую произвести.

Несоответствия выявлены в следующей продукции:

**Отрезы марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 нестерильные 1000смх90см;**

**Дата выпуска – 2016 год.**

**Партия № 7.**

По вопросам возврата указанной продукции, просим Вас обращаться:

**153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д. 44**

**Тел./факс: 8 (4932) 23-25-38, 23-25-47**

**E-mail: ahtamar@bk.ru**

С уважением,

Генеральный директор



**М.Г. Лукьянов**