



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

11.11.2021 № 010 ~ 1478 / 21

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2469863

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной ООО «Ткацкая фабрика «Медтекс», производителя медицинского изделия:

«Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в отрезе по ТУ 13.20.44-002-91027909-2017, тип 1, ширина 90 см, длина 5 метров», партия 112, дата производства ноябрь 2020, срок годности гарантированный срок годности 5 лет, производства Общество с ограниченной ответственностью «Ткацкая фабрика «Медтекс», Россия, регистрационное удостоверение от 19.11.2019 № РЗН 2019/9259, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: отрицательное заключение ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора по результатам экспертизы при проведении государственного контроля за обращением медицинских изделий.

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Ткацкая фабрика «Медтекс» по тел. (495) 718-46-01 или по электронной почте medteks-hotline@mail.ru.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора  
от 11.11.2021 № ОИ-1478/21

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТКАЦКАЯ ФАБРИКА «МЕДТЕКС»**

**601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им.К.Маркса,  
ул. Шоссейная, 11 тел. (49248) 2-19-74, 5-71-23, 5-71-85, 5-71-18**

19 октября 2021 года № 88

**Субъектам обращения медицинских  
изделий**

**Федеральная служба по надзору в сфере  
здравоохранения (Росздравнадзор)**

**109074, Москва, Славянская пл. д.4, стр.1**

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью Ткацкая фабрика «Медтекс» уведомляет субъектов обращения медицинских изделий о добровольном отзыве медицинского изделия «Марля медицинская по ТУ 13.20.44-002-91027909-2017, тип 1, длина 5 м., ширина 90 см., исполнение 3, артикул 6498/2, партия 112, дата производства ноябрь 2020г. ООО «Ткацкая фабрика «Медтекс» (ПУ № РЗН 2019/9259 от 19 ноября 2019 года, Регистрационное досье № РД-27898/31168 от 28.06.2019г.) (далее данное изделие) для проведения производителем проверки данного изделия на соответствие техническим требованиям.

Данная проверка проводится в связи с появлением информации о несоответствии данного изделия некоторым параметрам технической документации и для устранения причин возникновения такого несоответствия.

Все реализованные и неиспользованные конечным потребителем данные изделия «Марля медицинская по ТУ 13.20.44-002-91027909-2017, тип 1, длина 5 м., ширина 90 см., исполнение 3, артикул 6498/2, партия 112, дата производства ноябрь 2020 года» подлежат замене на аналогичные изделия других партий.

В случае обнаружения данных изделий возврат и обмен будет произведен нами через организацию, поставившую в Ваш адрес данное изделие.

В случае возникновения вопросов у потребителя данного изделия прошу обращаться к представителям ООО «Ткацкая фабрика «Медтекс» по телефонам (495) 718-46-01, или по электронной почте [medteks-hotline@mail.ru](mailto:medteks-hotline@mail.ru)

Генеральный директор  
ООО «Ткацкая фабрика  
«Медтекс»

