



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74
www.roszdravnadzor.ru

05.03.2022 № 01И-240/22

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2497018

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «ХБК Навтекс», производителя медицинского изделия:

«Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, 7 м x 14 см», серия №: 05210, дата стерилизации: 1 кв. 2020 г., срок годности 5 лет, производства ООО "ХБК Навтекс", Россия, регистрационное удостоверение от 10.04.2015 № РЗН 2015/2552, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 01.11.2021 № 01И-1446/21 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «ХБК Навтекс», по тел. 8(49331) 9-74-79 или по электронной почте otk@navtex.ru.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора
от 05.03.2022 № 01с-240/22

Р.Ф.
Общество с ограниченной
ответственностью «Хлопчатобумажная компания
«Навтекс»

ООО «ХБК «НАВТЕКС»
ИНН 3703047618 / КПП 370301001
155830, г.Наволоки, Ивановской обл.
ул. Промышленная, 1
р/с 40702810617000003421
Ивановское отделение №8639
ЦАО «Сбербанк России»
БИК 042406608
кор.счет 3010181000000000608
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл.

| | |
|------------------|---------|
| ☎ телефон | 9-79-22 |
| ☎ факс | 9-77-32 |
| ☎ плановый отдел | 9-74-67 |
| ☎ юрисконсульт | 9-76-42 |



Русский
регистр



В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,
стр. 1

Исх. № 01-05/373 от 15.11.2021г

Уведомление о добровольном отзыве медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» (ООО «ХБК «Навтекс») уведомляет о добровольном отзыве медицинского изделия «Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, 7м x 14см», серия 05210, дата стерилизации 1 кв. 2020г, гарантийный срок годности 5 лет, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2552 от 10.04.2015г.

Отзыв производится в связи с появлением информации о несоответствии данного изделия параметрам технической документации (письмо Росздравнадзора № 01и-1446/21 от 01.11.2021г «О недоброкачественном медицинском изделии»).

Все реализованные и неиспользованные потребителем изделия подлежат замене на аналогичные изделия других серий.

В случае возникновения вопросов у потребителя данного изделия просим обращаться к представителям ООО «ХБК «Навтекс» по телефону 8 (49331) 9-74-79 или по электронной почте otk@navtex.ru.

Генеральный директор
ООО «ХБК «Навтекс»



И.В.Столярова