



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74  
www.roszdravnadzor.ru

*09.03.2022* № *014 ~ 248/22*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «ХБК Навтекс», производителя медицинского изделия:

«Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, 7 м x 14 см», партия серия №: 05210, дата производства дата стерилизации: 1 кв.2020г. и партия серия №:33504, дата производства дата стерилизации 4 кв.2020г., срок годности срок годности 5 лет, производства ООО "ХБК Навтекс", Россия, регистрационное удостоверение от 10.04.2015 № РЗН 2015/2552, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: отрицательное заключение ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора по результатам экспертизы при проведении государственного контроля за обращением медицинских изделий.

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «ХБК Навтекс», по тел. 8(49331)9-74-79.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора  
от 09.03.2022 № Окс-248/22

Р.Ф.  
Общество с ограниченной  
ответственностью «Хлопчатобумажная компания  
«Навтекс»

ООО «ХБК «НАВТЕКС»  
ИНН 3703047618 / КПП 370301001  
155830, г.Наволоки, Ивановской обл.  
ул. Промышленная, 1  
р/с 40702810617000003421  
Ивановское отделение №8639  
ПАО «Сбербанк России»  
БИК 042406608  
кор.счет 30101810000000000608  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл.

☎ телефон	9-79-22
☎ факс	9-77-32
☎ плановый отдел	9-74-67
☎ юрисконсульт	9-76-42



Русский  
регистр



В Федеральную службу по надзору  
в сфере здравоохранения  
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,  
стр. 1

Исх. № 01-05/372 от 15.11.2021г

### Уведомление о добровольном отзыве медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» (ООО «ХБК «Навтекс») уведомляет о добровольном отзыве медицинского изделия «Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, 7м x 14см», серия 33504, дата стерилизации 4кв. 2020г, гарантийный срок годности 5 лет, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2552 от 10.04.2015г.

Отзыв производится в связи с появлением информации о несоответствии данного изделия параметрам технической документации ( письмо Росздравнадзора № 01и-1445/21 от 01.11.2021г «О недоброкачественном медицинском изделии» ).

Все реализованные и неиспользованные потребителем изделия подлежат замене на аналогичные изделия других серий.

В случае возникновения вопросов у потребителя данного изделия просим обращаться к представителям ООО «ХБК «Навтекс» по телефону 8 (49331) 9-74-79 или по электронной почте [otk@navtex.ru](mailto:otk@navtex.ru) .

Генеральный директор  
ООО «ХБК «Навтекс»



И.В.Столярова