



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

*04.03.2022* № *01и-235/2д*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2493258

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «ХБК «Навтекс», производителя медицинского изделия:

«Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x10 см по ГОСТ 1172-93», серия 04109, дата производства 1 кв.2021. Срок годности 5 лет и серия №: 01812, дата производства 1 кв.2021. Срок годности 5 лет, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, регистрационное удостоверение от 10.04.2015 РЗН 2015/2552, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 15.11.2021 № 01и-1503/21 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае наличия дополнительных вопросов обращаться к производителю ООО «ХБК «Навтекс» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора

от 04.03.2022 № 014-235/22

Р.Ф.  
Общество с ограниченной  
ответственностью «Хлопчатобумажная компания  
«Навтекс»  
ООО «ХБК «НАВТЕКС»  
ИНН 3703047618 / КПП 370301001  
155830, г.Наволоки, Ивановской обл.  
ул. Промышленная, 1  
р/с 40702810617000003421  
Ивановское отделение №8639  
ПАО «Сбербанк России»  
БИК 042406608  
кор.счет 3010181000000000608  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл.

☎ телефон	9-79-22
☎ факс	9-77-32
☎ плановый отдел	9-74-67
☎ юрисконсульт	9-76-42

В Федеральную службу по надзору  
в сфере здравоохранения  
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,  
стр. 1



Русский  
регистр



Исх. № 01-05/392 от 25.11.2021г

### Уведомление о добровольном отзыве медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» (ООО «ХБК «Навтекс») уведомляет о добровольном отзыве медицинского изделия «Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, 5м x 10см», серия **04109**, дата стерилизации 1 кв. 2021г, гарантийный срок годности 5 лет и серия **01812**, дата стерилизации 1 кв. 2021г, гарантийный срок годности 5 лет, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2552 от 10.04.2015г.

Отзыв производится в связи с появлением информации о несоответствии данного изделия параметрам технической документации ( письмо Росздравнадзора № 01и-1503/21 от 15.11.2021г «О недоброкачественном медицинском изделии» ).

Все реализованные и неиспользованные потребителем изделия подлежат замене на аналогичные изделия других серий.

В случае возникновения вопросов у потребителя данного изделия просим обращаться к представителям ООО «ХБК «Навтекс» по телефону 8 (49331) 9-74-79 или по электронной почте [otk@navtex.ru](mailto:otk@navtex.ru) .

Генеральный директор  
ООО «ХБК «Навтекс»



И.В.Столярова