



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74
www.roszdravnadzor.gov.ru

11.05.2023 № 014 ~ 348/23

На № _____ от _____

О проведении корректирующих
метропатий



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с информацией, полученной от ООО «Кранц» уполномоченного представителя производителя «Шеньчжень Проб Сайнс энд Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, сообщает о проведении корректирующих мероприятий в отношении медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких модель Lufter 5» в связи с информационным письмом Росздравнадзора от 04.04.2022 № 01И-345/2022.

Информируем, что на медицинские изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких модель Lufter 5», выпущенные в обращение на территорию Российской Федерации после 23.12.2022 и сопровождаемые сведениями о регистрационном удостоверении от 23.12.2022 № ФСЗ 2012/11847, не распространяется действие информационного письма Росздравнадзора от 04.04.2022 № 01И-345/2022.

А.В. Самойлова