



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

09.04.2024 № 01И ~ 377/24

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия



2598063

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации


Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом производителя ООО «Ютипадо» к субъектам обращения медицинских изделий в рамках проведения корректирующих мероприятий сообщает об отзыве медицинского изделия «Набор для эпидуральной анестезии (18Gx80/0,8x900), партия: 30413110, дата производства 2023-04, использовать до 2028-03, производства ООО «Ютипадо», Россия, регистрационное удостоверение от 16.12.2016 № РЗН 2016/5111.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 22.02.2024 № 01И-174/24 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться к производителю ООО «Ютипадо» (см. приложение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



Ютипадо

Приложение
к письму Росздравнадзора
от 09.04.2024 № 014 ~ 377/24

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ И ПАРАМЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ.
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ И КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ.

ООО «Ютипадо», Российская Федерация, 121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр.2, офис 4В
ИНН 7731569878, КПП 772901001, ОГРН 5077746966370
Utipado Ltd., of. 4V, 26-2 Ryabinovaya st., Moscow, 121471, Russia
+7 (495) 369 0967, www.utipado.ru, info@utipado.ru

Исх. № 18

от 18 марта 2024 г.

«О недоброкачественном медицинском изделии»

Директору ООО «Портекс Лэнд» г-же Хрустальной Т.М.
Всем заинтересованным сторонам

Циркулярное письмо

В связи с письмом РЗН от 22.02.24 № 01и-174/24 о признании партии **30413110** продукции «Наборы медицинские для проведения регионарной анестезии по ТУ 9437-001-81442642-2015, вариант исполнения «Набор для эпидуральной анестезии (18Gx80/0,8x900), в составе» кат. № **10-2821** производства ООО «Ютипадо», Россия, регистрационное удостоверение от 16.12.2016 № РЗН 2016/5111 недоброкачественной, ООО «Ютипадо» просит провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия партии 30413110 для остановки его реализации и применения.

Просим информировать нас о результатах проверки. В случае обнаружения данного изделия, просим принять меры по его возврату и утилизации в установленном порядке.

Генеральный директор
ООО «Ютипадо»



Бердикян А.С.

25207
29.03.2024