



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

28 АПР 2025

№ 014-399/25

На № _____ от _____

О внесении изменений в информационное
письмо Росздравнадзора
от 03.02.2025 № 01и-82/25



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским
организациям

Органам управления
здравоохранением
субъектов Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о внесении изменений в информационное письмо Росздравнадзора от 03.02.2025 № 01и-82/25, второй абзац читать в следующей редакции:

«Внутривенные катюли с инъекционным портом «Вазофикс» (Vasofix)», вариант исполнения 2. «Вазофикс Церто» (Vasofix Certo), модель Катетер внутривенный с инъекционным портом и системой защиты от укола иглой B Braun Vasofix Safety 24GPUR, номер партии 23F20G8381, дата выпуска 07-2023, срок годности 06-2028, производства «Б. Браун Мельзунген АГ», Германия, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06279 от 16.11.2022 на основании приказа Росздравнадзора от 28.04.2025 № 2732.

А.В. Самойлова