



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdraynadzor.gov.ru

24.06.2025 № 01и-583/25

На № _____ от _____

Об отмене информационного
письма от 21.05.2024
№ 01и-530/24
«О приостановлении
применения медицинского
изделия» и изъятии из
обращения партий
медицинского изделия



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским
организациям

Органам управления
здравоохранением
субъектов Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 980н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», на основании экспортной оценки проведенных корректирующих мероприятий, сообщает об отмене информационного письма от 21.05.2024 № 01и-530/24 «О приостановлении применения медицинского изделия» и изъятии из обращения партий медицинского изделия:

- «Канюли внутривенные стерильные OneFlon, 0,70x19 mm 24G, скорость потока 20 ml/min, 100 шт., Ref 901.01.07, LOT 2N157, дата производства 2022-11, использовать до 2027-10, экспертное заключение от 05.08.2024 № 13/ГЗ-24-238Э;

- «Канюли внутривенные стерильные OneFlon, 0,90x25 mm 22G, скорость потока 33 ml/min, 100 шт., Ref 901.01.06, LOT 2N166, дата производства 2022-11, использовать до 2027-10, экспертное заключение от 02.08.2024 № 13/ГЗ-24-237Э/1 (в редакции от 30.09.2024);

- «Канюли внутривенные стерильные OneFlon, 0,60x19 mm 26G, скорость потока 19 ml/min, 100 шт., Ref 901.01.08, LOT 2N128, дата производства 2022-11, использовать до 2027-10, экспертное заключение от 05.08.2024 № 13/ГЗ-24-239Э/1 (в редакции от 30.09.2024), на основании приказа Росздравнадзора от 24.06.2025

№ 3988.

А.В. Самойлова