



2636659

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

20.08.2025 № 014-846/25

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации


Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом уполномоченного представителя производителя АО «ЗМТ» к субъектам обращения медицинских изделий сообщает об отзыве медицинского изделия «Игла двусторонняя ZMT для взятия венозной крови с визуальной камерой по ТУ 32.50.13-014-51834327-2020», Россия, производства: АО «Завод медицинских технологий», регистрационное удостоверение от 07.09.2023 № РЗН 2022/19073, вариант исполнения: 11. Игла двусторонняя ZMT с визуальной камерой, размер 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм) – 100 шт., номер серии 1170924, дата производства: 09.2024, срок годности 09.2029.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться к уполномоченному представителю производителя АО «ЗМТ» (см. приложение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора
от 20.08.2025 № 014-846/25



ОКПО 51834327
ОГРН 1026605607885
ИНН 6663071279
КПП 668601001

Акционерное общество «Завод медицинских технологий» (АО «ЗМТ»)

Юридический адрес: 620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 77
Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 3

Приемная: (343) 288-22-00
E-mail: info@zmt.ru

www.zmt.ru

Исх. № 395 от 12.08.2025г.

Субъектам обращения
медицинских изделий РФ

В связи с выходом предписания Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) о возможном причинении вреда здоровью - письмо РЗН от 15.07.2025г. № 01н-657/25 «О приостановлении применения медицинского изделия» (Приказ Росздравнадзора от 15.07.2025 г. №4402)

в отношении медицинского изделия «Игла двусторонняя ZMT для взятия венозной крови с визуальной камерой по ТУ 32.50.13-014-51834327-2020», Россия, производства АО «Завод медицинских технологий», регистрационное удостоверение № РЗН 2022/19073 от 07.09.2023 г., вариант исполнения: 11. Игла двусторонняя ZMT с визуальной камерой, размер 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм) - 100 шт., номер серии 1170924, дата производства 09.2024, срок годности 09.2029 сообщаем следующее:

с целью исполнения вышеуказанного предписания, АО "ЗМТ" уведомляет субъектов обращения медицинских изделий о необходимости выявить данное медицинское изделие в организациях здравоохранения РФ и прекратить его применение. При обнаружении вышеуказанного МИ «Игла двусторонняя ZMT для взятия венозной крови с визуальной камерой по ТУ 32.50.13-014-51834327-2020», вариант исполнения: 11. Игла двусторонняя ZMT с визуальной камерой, размер 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм) - 100 шт., номер серии 1170924, дата производства 09.2024, срок годности 09.2029, просим обратиться к производителю для возврата по следующему номеру телефона: +7(343)288-22-00 (Отдел продаж МИДИ, начальник отдела продаж МИДИ Савицкая В.В.).

Данная информация распространяется только на серию 1170924, дата производства 09.2024, срок годности 09.2029 вышеуказанного МИ и не распространяется на другие серии и варианты исполнения МИ «Игла двусторонняя ZMT для взятия венозной крови с визуальной камерой по ТУ 32.50.13-014-51834327-2020».

Генеральный директор АО «ЗМТ»



Н.В.Поляков