



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38  
www.roszdravnadzor.gov.ru

28.10.2025 № 01и-1083/25

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об изъятии из обращения  
партии недоброкачественного  
медицинского изделия и  
отмене действия  
информационного письма  
от 29.07.2025 № 01и-765/25



2623402

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 980н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», в связи с возникновением угрозы причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского изделия и на основании экспертных заключений ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, отменяет действие информационного письма Росздравнадзора от 29.07.2025 № 01и-765/25 и сообщает об изъятии из обращения партии недоброкачественного медицинского изделия «Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные типа «Луер» (с манжетой) в комплекте с иглой инъекционной, стерильные по ТУ 9398-006-81136323-2011» регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03544 от 12.12.2018, вариант исполнения: трехдетальный 20С «Луер» в комплекте с иглой инъекционной, номер серии 20С0121224, дата производства 12.2024, срок годности 12.2029, производства ООО «СМД», Россия.

Приказ Росздравнадзора от 28.10.2025 № 5585.

А.В. Самойлова