



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

16.12.2025 № 01И-1276/25

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия



2626581

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом производителя ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» к субъектам обращения медицинских изделий сообщает об отзыве медицинского изделия:

- «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные ПОЛИГЛИКОЛИД-КО-ЛАКТИД МР 5 (USP 2) 75 см плетеный фиолетовый рассасывающийся с покрытием REF 4В-1,2х45-(2) - PGLA - (2-75) 4/8 45, ТУ 21.20.24-087-40686779-2017», LOT 361/24, дата производства 2024-10, годен до 2027-10, производства ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА», Россия, регистрационное удостоверение от 19.06.2023 № РЗН 2020/9990 (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 14.10.2025 № 01И-1051/25 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА», по тел. 8(843) 560-57-24, 564-82-27, 557-39-37.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА»

420053, РТ, г.Казань, ул.Журналистов, 62, ком.7



Приложение к письму Росздравнадзора

от 16.12.2025

№ 01И-1276125

т/ф (843)-560-57-24, 564-82-27, 557-39-37

E-mail: medtech@medtech.ru

www.medtech.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Техническое Объединение «МЕДТЕХНИКА»,
р/с №4070281050000000049 в АКБ «Энергобанк» (АО) г. Казани БИК 049205770 к/с №30101810300000000770
ИНН1658021410 КПП166001001

Исх. № 1706-1 от 17.06.2025 г.

Субъектам обращения
медицинских изделий

Об отзыве из обращения партии медицинского изделия
по РУ № РЗН 2020/9990 от 19.06.2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Техническое Объединение "МЕДТЕХНИКА" (ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА") является производителем медицинского изделия «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017» по регистрационному удостоверению № РЗН 2020/9990 от 19.06.2023 г.

Настоящим письмом ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА" сообщает о добровольном отзыве из обращения на территории Российской Федерации партии **LOT 361/24, дата выпуска 2024-10, вариант исполнения: ПОЛИГЛИКОЛИД-КО-ЛАКТИД плетеный фиолетовый рассасывающийся с покрытием** медицинского изделия «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017» по регистрационному удостоверению № РЗН 2020/9990 от 19.06.2023 г.

Субъектов обращения медицинских изделий просим своевременно выявить наличие неиспользованных экземпляров изделий партии **LOT 361/24, дата выпуска 2024-10, вариант исполнения: ПОЛИГЛИКОЛИД-КО-ЛАКТИД плетеный фиолетовый рассасывающийся с покрытием** медицинского изделия «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017» по регистрационному удостоверению № РЗН 2020/9990 от 19.06.2023 г. для возврата производителю – ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА".

Приносим свои извинения за причиненные неудобства, в случае необходимости получения дополнительной информации, предлагаем обращаться к производителю ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» (адрес для корреспонденции: 420095, РТ, Казань, а/я 112, e-mail: medtech@medtech.ru) или к поставщику изделия.

Генеральный директор
ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА»

В.Д. Щербаков

