



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**


**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38  
www.roszdravnadzor.gov.ru

15.04.2026 № 01И-348/26

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве  
медицинского изделия



2639793

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от производителя медицинского изделия, сообщает об отзыве медицинского изделия:

«Набор для катетеризации подключичных и яремных вен, стерильный КПРВ 1,2x0,6-0,4 без антимикробного покрытия с металлическим проводником по ТУ 9398-017-18037666-2005», номер партии: 0724Н-060026, дата изготовления 16.07.2024 г., использовать до 16.07.2029 г., производства АО "МедСил", Россия, регистрационное удостоверение от 15.05.2020 № ФСР 2010/07858,

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора № 01И-67/26 от 28.01.2026 об изъятии недоброкачественного медицинского изделия.

Для получения дополнительной информации следует обращаться в АО "МедСил" по тел. 8 (495) 581-40-76; 8 (495) 583-36-62; 8 (495) 760-03-80; 8(495) 760-10-06, электронной почте [info@medsil.ru](mailto:info@medsil.ru).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



# MEDSIL

Акционерное Общество

Приложение к письму

Росздравнадзора

от 15.04.2026 №  
N ОУ-348/26

141018, МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом 41А, помещение II/1  
тел. (495) 581-40-76  
тел. (495) 583-36-62  
тел. (495) 760-03-80  
тел. (495) 760-10-06  
E-mail: [info@medsil.ru](mailto:info@medsil.ru)

ИНН/КПП 5029013989/502901001  
АО «МедСил»  
ПАО «Сбербанк России» г. Москва  
к/с 30101810400000000225  
р/с 40702810340260100342  
БИК 044525225

Субъектам обращения медицинских изделий

Исх. № 19/26 от 13.03.2026г.

## Информационное письмо

АО «МедСил» в соответствии с письмом Росздравнадзора №10-5867/26 от 28.01.2026 г. о необходимости принятия мер на основании результатов экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия:

«Набор для катетеризации подключичных и яремных вен, стерильный КПРВ 1,2x0,6-0,4 без антимикробного покрытия с металлическим проводником по ТУ 9398-017-18037666-2005», номер партии: 0724Н-060026, дата изготовления 16.07.2024 г., использовать до 16.07.2029 г., производства АО «МедСил», регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07858 от 15.05.2020 г.

### УВЕДОМЛЯЕТ:

О проведении коррекционных мероприятий медицинского изделия в части:

- длины проводника;
- деформации проводника при его установке;
- длины интродьюсерной иглы;
- показателя скорости потока воды через канал катетера.

### ПРЕДЛАГАЕТ:

Уведомить изготовителя о наличии в вашей собственности данного изделия, с указанием реквизитов отгрузочных документов и точного количества неиспользованных изделий с целью дальнейшей их замены.

Генеральный директор АО «МедСил»



Д.Э. Егерев