



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

05.05.2026 № 01ч - 405/26

На № _____ от _____

О приостановлении применения
медицинского изделия



2642875

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским
организациям

Органам управления
здравоохранением
субъектов Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 980н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, и на основании заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, сообщает о приостановлении применения медицинских изделий:

-«Канюля внутривенная одноразовая стерильная Vogt Medical», производства «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, номер серии 15004/376, REF 1311221E, произведен сентябрь 2024г, годен до август 2029г, размер катетера (наружный диаметр катетера x длина катетера): 24G (0,7 мм x 19 мм) регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5663 от 11.03.2024;

-«Канюля внутривенная одноразовая стерильная Vogt Medical», производства «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, номер серии 15009/385, REF 1311222E, произведен сентябрь 2024г, годен до август 2029г, размер катетера (наружный диаметр катетера x длина катетера): 22G (0,9 мм x 25 мм) регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5663 от 11.03.2024, на основании приказа Росздравнадзора от 05.05.2026 № 398.

А.В. Самойлова