



Министерство здравоохранения и  
социального развития Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 46 11

Управлениям Росздравнадзора  
по субъектам Российской  
Федерации

19.12.2011 № 04/10-1317/11

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении информации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, в связи с поступившей информацией о причинении вреда здоровью пациентов (токсико-пирогенные реакции) при применении изделия медицинского назначения: Магистраль кровопроводящая для гемодиализа «Sunder», модель SD-G01, производитель SUNDER BIOMEDICAL TECH CO., LTD, Тайвань, предлагает Управлениям Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации предоставить в адрес Росздравнадзора сведения о наличии жалоб на качество расходных материалов для проведения гемодиализа данного производителя.

Сведения предоставить на адрес электронной почты: [meddevices@roszdravnadzor.ru](mailto:meddevices@roszdravnadzor.ru) (с пометкой «Гемодиализ») и почтовой связью, ссылка на номер данного письма обязательна.

Врио руководителя

Е.А.Тельнова