



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 46 11

21.06.2013 № 16И-667/13

На № _____ от _____

О незарегистрированном
медицинском изделии

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о поступившей информации от территориального органа Росздравнадзора по Республике Бурятия о выявлении в обращении незарегистрированного медицинского изделия:

«Трубки дренажные двухканальные СН/FR 20» производства фирмы Changshu Senlin Medical Appliance Co., Ltd., Китай, на упаковке указан номер регистрационного удостоверения № ФС 2006/1580 от 10.10.2006, срок действия до 10.10.2011 (срок действия истек).

Одновременно сообщаем, что сведения о данном медицинском изделии отсутствуют в материалах регистрационного дела «Изделия для дренирования ран АРЕХМЕД: дренажная система АРЕХМЕД, дренажная трубка АРЕХМЕД, троакар-катетер АРЕХМЕД, коннектор для трубок АРЕХМЕД, дренажный мешок АРЕХМЕД», производства фирмы Changshu Senlin Medical Appliance Co., Ltd., Китай.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинской продукции провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации незарегистрированного медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Росздравнадзора по исполнению государственной функции по контролю за производством, оборотом и использованием изделий медицинского назначения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 08.09.2011 № 1027н (регистрация Минюста России от 28.11.2011 № 22408), согласно требованиям Положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970.

Врио руководителя

М.А.Мурашко